

单一来源采购论证专家签到表

项目名称：浙江省人民医院毕节医院 2025 年检验科广惠院区普门 PA-900 配套试剂采购项目
时间：2025 年 8 月 4 日

序号	姓名	职称	工作单位	身份证号码	电话
1	王开完	副主任医师	市综合医院检验科	522427196801130052	13678579166
2	田龙海	主任医师	“	522225198110231618	15934782608
3	丁晓青	副主任医师	“	522422196610030026	13698536568
4					

单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		浙江省人民医院毕节医院			
联系人		雷婧		联系电话	15008576665
采购项目名称		浙江省人民医院毕节医院2025年检验科广惠院区普门PA-900配套试剂采购项目			
采购项目金额		29.232万元			
采购品目	序号	品名	金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
	1	超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)-抗血清	29.232万	国药集团贵阳医疗器械有限公司	已授权
申请理由		☐理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；			
采购人申请理由具体说明		本次拟采购的超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)-抗血清为医院现有设备普门特定蛋白分析仪PA-900使用的常规配套专用试剂，属于专机专用试剂耗材，。深圳普门科技股份有限公司所生产的PA系列特定蛋白分析仪基于散射比浊法, 预设了CRP试剂盒、SAA试剂盒和 FR-CRP 试剂盒的反应体系参数(包括试剂比例、温度、反应时间等)以及保证正确结果的功能参数(反应曲线拟合算法、异常曲线校正、异常结果报警等)。若违规搭配非适用机型，可能导致试剂盒无法正常使用，且无法得到有效测定结果。 本项目试剂只能由深圳普门科技股份有限公司授权的中国国内市场的总经销商希森美康医用电子（上海）有限公司授权的本项目唯一经销商国药集团贵阳医疗器械有限公司购买，申请采用单一来源方式采购。			

专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务,而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大,不能作为单一来源采购的理由。)	本项目拟采购试剂盒所用设备为“普门特定蛋白分析仪PA900”的配套试剂,具有不可替代,属于专机专用耗材。
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	该试剂盒属于“普门特定蛋白分析仪PA-900”设备的专机专用配套耗材,具有唯一性。
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性,导致无法由其他供应商分别实施或提供,只能由某一特定的供应商提供。	试剂制造商深圳普门科技股份有限公司的代理公司希森美康医用电子(上海)有限公司已授权国药集团贵阳医疗器械有限公司为本项目唯一销售及服务单位,具有独占性。
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	建议以单一来源方式从国药集团贵阳医疗器械有限公司采购。 专家签字:  2025 年 8 月 4 日		

注:单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		浙江省人民医院毕节医院			
联系人		雷婧	联系电话		15008576665
采购项目名称		浙江省人民医院毕节医院2025年检验科广惠院区普门PA-900配套试剂采购项目			
采购项目金额		29.232万元			
	序号	品名	金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
采购品目	1	超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)-抗血清	29.232万	国药集团贵阳医疗器械有限公司	已授权
申请理由	☐理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；				
采购人申请理由具体说明	本次拟采购的超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)-抗血清为医院现有设备普门特定蛋白分析仪PA-900使用的常规配套专用试剂，属于专机专用试剂耗材，。深圳普门科技股份有限公司所生产的PA系列特定蛋白分析仪基于散射比浊法, 预设了CRP试剂盒、SAA试剂盒和 FR-CRP 试剂盒的反应体系参数(包括试剂比例、温度、反应时间等)以及保证正确结果的功能参数(反应曲线拟合算法、异常曲线校正、异常结果报警等)。若违规搭配非适用机型，可能导致试剂盒无法正常使用，且无法得到有效测定结果。 本项目试剂只能由深圳普门科技股份有限公司授权的中国国内市场的总经销商希森美康医用电子（上海）有限公司授权的本项目唯一经销商国药集团贵阳医疗器械有限公司购买，申请采用单一来源方式采购。				

专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)	本项目拟采购试剂所用设备为“普立特”品牌的分析仪器PA-900“酶标”套试剂，具有不可替代性，属于专用耗材。
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	试剂属于PA-900设备的专用耗材，具有不可替代性。
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	试剂制造商的代理公司已授权国药集团普立特医疗器械有限公司为本项目的唯一销售及售后服务单位，具有独占性。
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	建议：以单一来源的方式，向唯一授权的销售单位采购。 专家签字：丁晓青 2025年8月4日		

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		浙江省人民医院毕节医院			
联系人		雷婧	联系电话		15008576665
采购项目名称		浙江省人民医院毕节医院2025年检验科广惠院区普门PA-900配套试剂采购项目			
采购项目金额		29.232万元			
	序号	品名	金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
采购品目	1	超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)-抗血清	29.232万	国药集团贵阳医疗器械有限公司	已授权
申请理由	☐理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；				
采购人申请理由具体说明	本次拟采购的超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)-抗血清为医院现有设备普门特定蛋白分析仪PA-900使用的常规配套专用试剂，属于专机专用试剂耗材，。深圳普门科技股份有限公司所生产的PA系列特定蛋白分析仪基于散射比浊法，预设了CRP试剂盒、SAA试剂盒和 FR-CRP 试剂盒的反应体系参数(包括试剂比例、温度、反应时间等)以及保证正确结果的功能参数(反应曲线拟合算法、异常曲线校正、异常结果报警等)。若违规搭配非适用机型，可能导致试剂盒无法正常使用，且无法得到有效测定结果。 本项目试剂只能由深圳普门科技股份有限公司授权的中国国内市场的总经销商希森美康医用电子（上海）有限公司授权的本项目唯一经销商国药集团贵阳医疗器械有限公司购买，申请采用单一来源方式采购。				

专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务，而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大，不能作为单一来源采购的理由。)	本项目拟采购的试剂带与普门 PA-900 设备配套使用，存在专有技术，只可作为单一来源采购。
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	本项目拟采购的试剂带与普门 PA-900 设备配套使用，存在专有技术，具有不可替代性。
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性，导致无法由其他供应商分别实施或提供，只能由某一特定的供应商提供。	根据制造商提供的授权书，本项目的专有技术具有独占性。
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	本项目拟采购的试剂带与普门 PA-900 设备配套使用，存在专有技术。另外，根据其授权书，只可由国药集团普门医疗器械有限公司提供，建议采用单一来源方式。		
专家签字：周强			2025 年 8 月 4 日

注：单一来源采购方式的适用情形附后。

单一来源采购方式专家论证表

采购人名称		浙江省人民医院毕节医院			
联系人		雷婧	联系电话		15008576665
采购项目名称		浙江省人民医院毕节医院2025年检验科广惠院区普门PA-900配套试剂采购项目			
采购项目金额		29.232万元			
	序号	品名	金额 (万元)	拟定单一来源供应商名称	授权情况
采购品目	1	超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)-抗血清	29.232万	国药集团贵阳医疗器械有限公司	已授权
申请理由	☐理由一：因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由二：公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购； ☐理由三：发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐理由四：必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；				
采购人申请理由具体说明	本次拟采购的超敏C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法)-抗血清为医院现有设备普门特定蛋白分析仪PA-900使用的常规配套专用试剂，属于专机专用试剂耗材，。深圳普门科技股份有限公司所生产的PA系列特定蛋白分析仪基于散射比浊法, 预设了CRP试剂盒、SAA试剂盒和 FR-CRP 试剂盒的反应体系参数(包括试剂比例、温度、反应时间等)以及保证正确结果的功能参数(反应曲线拟合算法、异常曲线校正、异常结果报警等)。若违规搭配非适用机型，可能导致试剂盒无法正常使用，且无法得到有效测定结果。 本项目试剂只能由深圳普门科技股份有限公司授权的中国国内市场的总经销商希森美康医用电子（上海）有限公司授权的本项目唯一经销商国药集团贵阳医疗器械有限公司购买，申请采用单一来源方式采购。				

专家意见 (根据需满足条件分别填写具体理由、意见)	理由一需满足条件 (同时满足)	(1) 项目功能的客观定位决定必须使用指定的专利、专有技术或服务,而非采购人的主观要求。(仅仅因为项目技术复杂或者技术难度大,不能作为单一来源采购的理由。)	本项目拟采购试剂会所用设备为“普门特定量的分析仪PA-900”的配套耗材试剂,具有不可替代,属于专用耗材。
		(2) 项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性。	该试剂合属于普门特定量的分析仪PA-900设备的专用配套耗材具有唯一性。
		(3) 因为产品或生产工艺的专利、专有技术或服务具有独占性,导致无法由其他供应商分别实施或提供,只能由某一特定的供应商提供。	试剂制造商的代理公司已授权国药集团贵州医药器械有限公司为本项目的唯一销售及服务机构,具有独占性。
	理由二需满足条件	公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购。	
	理由三需满足条件	发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。	
	理由四需满足条件	必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。	
专家结论	建议:以单一来源的方式向唯一授权销售单位采购。 专家签字: 妍 2025 年 8 月 4 日		

注:单一来源采购方式的适用情形附后。